

אודם יישומים מדעיים בע"מ

ISRAEL פקריס 3 רחובות

מספר ע"מ: 512621020

פקס: 08-9480781

טל: 08-9480780

CALIBRATION CERTIFICATE HELIUM LEAK DETECTOR

לכבוד: קינפלוס

מען: אלמוג

: טל

: פקס

: לידי

HELIUM LEAK DETECTOR

Description: ASM182

P/N 801497T

CALIBRATION

Gas Helium

Helium bottle values for calibration

$3.2 \cdot 10^{-9}$

$5.6 \cdot 10^{-6}$

ASM310 Calibration results

$3.3 \cdot 10^{-9}$

$5.8 \cdot 10^{-6}$

Calibration date: 16/11/2022

Temperature: 22c

Leak rate per year: 6%

Calibration was made in compression with the above master calibration bottles.

Odem Scientific App.LTD
Arik Kheyfetz
Signature
Arik@odemltd.co.il
Arik Kheyfetz

technical
Arik Kheyfetz